


OVĚŘOVACÍ LIST č. 024/25

DATUM VYDÁNÍ: 11.2.2025

Počet: stran:1, listů:1


V.2. 

Ing. Viktor Lokaj
vedoucí AMS K22



razítko AMS K22

1. VLASTNÍK MĚŘIDLA (příp. podatel): Město Kopřivnice
2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA: Silniční rychloměr RAMER10
 - 2.1 Výrobní číslo měřidla: 21/0894
 - 2.2 Výrobní číslo sensoru: 20/1473
 - 2.3 Rozsah měření: 20 až 250 km/h
 - 2.4 Výrobce: RAMET s.r.o. Kunovice
 - 2.5 Výrobní čísla schválených skříní: 20/0081 Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, parc. č. 591/13
3. POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY
 - 3.1 Etalonový rychloměr R306102N, v.č. 001, kalibrační list 8012-KL-50254-24, dat. kalibrace 18.9.2024
 - 3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B, v.č. 3049A01166, kalibrační list 1013-KL-40028-23, dat. kalibrace 26.7.2023
 - 3.3 Generátor TABOR ELECTRONIC WW1074, v.č. 209143, kal. list 1013-KL-20008-23, dat. kalibrace 12.9.2023
 - 3.4 Měřické pásmo Richter 308WP-I/50m, i.č. DS3788, kalibrační list 6014-KL-H0599-24, dat. kalibrace 7.11.2024
 - 3.5 Simulátor VFM R314415N, v.č. 11/0001, kalibrační list 1013-KL-40025-24, dat. kalibrace 29.10.2024
 - 3.6 Mikrovlnný rychloměr PA503061, v.č. 03/0002, kalibrační list 202400007, dat. kalibrace 26.08.2024
4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO: na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP11 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000
5. PODMÍNKY MĚŘENÍ: podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %
6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY: Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz. Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla se značkou schválení typu TCM 162/10-4724).
Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky stanovené *Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*.
Lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návodu k obsluze.
7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE: úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.
8. PLATNOST OVĚŘENÍ: podle §7 odstavec 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.
Konec platnosti ověření dne 10.2.2026
9. OVĚŘENÍ PROVEDL: Tomáš Foltýn DATUM ZKOUŠKY: 11.2.2025



Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 170730746-2182-250306135112.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170730746-2182-250306135112**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Kopřivnice, IČ: 00298077

Pracoviště: Město Kopřivnice

Datum vyhotovení: **06.03.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE DOBIÁŠOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



170730746-2182-250306135112